Produktdatenblatt

Weroplast® AquaFlex Detect

Detektierbare Pflaster

Zweckbestimmung/ Anwendungshinweis:

Zur Abdeckung von Hautverletzungen. Wunde und umliegende Haut gut reinigen und trocknen. Pflaster mindestens 1x täglich wechseln und Wunde kontrollieren.

Für den direkten Lebensmittelkontakt geeignet.

Anwendungsbereich:

- Zertifizierte Lebensmittelbetriebe und Zulieferer mit Fremdkörpererkennung durch Metalldetektoren
- Feuchtarbeitsbereiche, bei Spritzwasser
- Leichter bis mittlerer Verschmutzungsgrad

Produkteigenschaften:

- Elektronmagnetisch und visuell detektierbar
- Aluminiumstreifen unter der Wundauflage
- Wasserdichte und ölbeständige Folie
- Hochelastisch
- Sehr anschmiegsam
- Hypoallergen
- Latex- und kolophoniumfrei
- Wundauflage verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktiv
- Einzeln eingesiegelt (außer Meterware Wundschnellverbände)

Pflasterformen:

Wundschnellverband, Fingerkuppenpflaster, Fingerpflaster, Fingergelenkpflaster, Pflasterstrips, Sortimente, Piercingspflaster

Material:

Trägermaterial: Polyurethan-Folie (PU)
Klebstoff: Acrylat-Basis
Wundauflage: Viskose, Wundseite nicht wundverklebend
Aluminiumstreifen unter der Wundauflage

Farbe:

Blau

Lagerung:

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Trocken aufbewahren.
Temperaturbereich: 5°C – 25 °C

Verwendbarkeitsdauer:

5 Jahre ab Produktionsdatum. Bitte beachten Sie das auf dem Produkt aufgebrachte Verfallsdatum.

Klassifizierung:

Medizinprodukt Klasse I

WERO GmbH & Co. KG · Idsteiner Straße 94 · 65232 Taunusstein · Phone 0 61 28 / 97 57 0 · Fax 0 61 28 / 97 57 50 · info@wero.de · www.wero.de

Hersteller: HOMANN-MEDICAL GmbH u. Co. KG,
Am Weserufer 39, D-31592 Stolzenau

Vertrieb durch: WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Straße 94, 65232 Taunusstein, Germany, info@wero.de, www.wero.de

Stand: November 2025, V06, Fü

WERO GmbH & Co. KG · Idsteiner Straße 94 · 65232 Taunusstein · Phone 0 61 28 / 97 57 0 · Fax 0 61 28 / 97 57 50 · info@wero.de · www.wero.de